

## 黄疸計納入仕様書

1 件 名： 令和4年度佐久市立国保浅間総合病院経皮ビリルビン濃度測定器納入業務

2 納入箇所：佐久市立国保浅間総合病院 西6階病棟

3 納入機器：黄疸計

機種名及び構成

コニカミノルタ社製

黄疸計 JM-105 1台

ドッキングステーション 1台

ACアダプタ 1台

4 期 間：契約日から 令和4年12月28日

5 特記事項

- (1) 納入物品は、保守・運用性に優れた製品である事
- (2) 納入物品は、未使用品とする。(新古機や中古機は不可)
- (3) 納入物品は、運搬費、搬入費、設置費、接続費、セットアップ、動作確認を含む事
- (4) 無償保証期間は、機器納品検収日から1年間とする

6 その他

- (1) 入札書等に記載する金額は、購入費用全てを合計した税抜金額とすること
- (2) 本仕様に記載のない事項のほか疑義が生じた場合には、発注者と受注者にて協議する

7 詳細機器仕様

- (1) 測定方法が2光路2波長光学濃度差式であること
- (2) 測定範囲が0~25.0mg/dl又は0~425 $\mu$ mol/Lであること
- (3) 光源はキセノンフラッシュチューブであり、150,000回光源寿命があること
- (4) 液晶はドットマトリクス型液晶であること
- (5) 新生児の経皮ビリルビン濃度を非侵襲に測定可能であること
- (6) 連続測定、観察が可能であること
- (7) タッチパネル式であること
- (8) 充電式であること