

血管内エコー保守仕様書

1、概要

- (1)件 名 : (長期継続契約)佐久市立国保浅間総合病院循環器内科血管造影装置保守業務
- (2)業務箇所 : 長野県佐久市岩村田1862-1
佐久市立国保浅間総合病院 西棟1階 心臓血管造影室
- (3)契約期間 : 契約日～令和8年8月31日

2、保守対象設備

アボットメディカルジャパン社製
SJM FD-OCTイメージングシステム

3、業務内容

- (1)年1回の定期点検を行う
- (2)必要に応じて技術者を48～72時間以内にはけんすること
- (3)ソフトウェアのアップグレードを必要に応じて行うこと
- (4)消耗品以外の交換部品を保守費用に含むこと
- (5)故障時の代替機を用意すること

4、その他

- (1)保守費用に部品代、システム更新費用を含むこと。
- (2)定期メンテナンスを行う際は診療スケジュールと調整を取り行うこと。
- (3)システムエラーが発生した際は、迅速な対応を行い、エラーの原因究明を行い、その原因を報告をすること。
- (4)故意による故障の場合による修理は保守外とする。