

## 循環器内科ヘモスフィア賃貸借仕様

1 件 名 令和6年度佐久市立国保浅間総合病院循環器内科ヘモスフィア賃貸借

2 使用箇所 佐久市岩村田1862番地1 佐久市立国保浅間総合病院  
西棟1階 心臓血管造影室

3 賃貸借期間 令和6年4月1日 から 令和7年3月31日

### 4 賃貸借機器

エドワーズライフサイエンス株式会社製 ヘモスフィアHEM1  
構成

- (1) ヘモスフィア モニタ本体
- (2) バッテリーパック
- (3) ヘモスフィア ロールスタンド
- (4) フロースルー（インライン）注入液温度プローブ
- (5) 注入液温度（バス）プローブ
- (6) カテーテル接続ケーブル
- (7) 電源ケーブル
- (8) スワングイツモジュール
- (9) ヘモスフィア圧ケーブル
- (10) ヘモスフィア 圧出力ケーブル
- (11) ヘモスフィア オキシメトリーケーブル
- (12) オキシメトリークレードル

### 5 その他

- (1) 障害等の発生に際し、24時間体制による対応をすること。
- (2) 障害時においては、復旧のため1両日以内に現場にて代替機器提供等の対応ができること。
- (3) 年1回のメーカーによる点検を行うこと
- (4) この仕様書に定めのない事項については、業務受託者と当院がその都度協議すること。
- (5) 見積金額は契約期間の税抜賃貸借費用を見積もること。