

詳細仕様書

1 基本構成

- 1 ベッドパンウォッシャー 一式
- 2 付属機器(上記1の装置に適合する機器)
 - (1) ポータブルトイレ用ラック 1台
 - (2) 洗浄用バスケット 1台

以上、運搬・搬入・設置・設定、調整及び動作確認を含む
また、既存装置・付属機器の撤去・運搬・処分を含む

2 一時側設備

給湯、給水バルブ止め
排水100A耐熱塩ビ管
電気 3φ3W200V 5.5kW 手元開閉器

3 ベッドパンウォッシャー機能仕様

- (1) 本体サイズは600(W)x1700(H)x450(D)mm程度であり、奥行(D)は500mm以内であること。
- (2) 当院で使用するポータブルトイレ用のバケツ及び蓋を同時に洗浄できることの容量を持っていること。(当院で使用するポータブルトイレの確認が必要な場合には、入札前に事前に現地で確認すること。)
- (3) フッドスイッチまたは手かざしセンサーによる扉の開閉及び洗浄開始が可能であり、ドアに手を触れる必要がないこと。
- (4) 洗浄槽の材質はステンレス製であること。
- (5) 汚物が入った尿器、便器をそのままセットし、洗浄・消毒処理ができること。
- (6) 装置は、洗浄槽のドアが閉じない限り動作しない構造である、また、工程が終了するまで洗浄層のドアが開かない安全構造であること。
- (7) 排水管につまりが生じた際に検知し、装置を停止するセンサーを備えていること。
- (8) 消毒工程終了後、ファンによる送風等またはステンレスの余熱効果により、容器の乾燥を促進できること。
- (9) 上記2一時側設備で示す、当院仕様に合致すること。
- (10) 蒸気発生装置内の石灰付着防止、容器の水切りのためのリンス剤を装備していること。
- (11) インジケーターにより、洗浄工程が視覚的に確認できること。
- (12) 洗浄プログラムは、最短で15分程度で終了すること。
- (13) 洗浄槽ドアは、前面ドア方式で電動開閉する構造であること。